


**SCHEMA LIGNE DE PERFUSION SUR CATHETER CENTRAL**  
 RESEAU RESILIAENCE – MAJ 03/2023



Robinet 3V : bilans,  
 Transfusions, ttt allergisant

Pompe à débit  
 continu (ne pas utiliser  
 de dialflow)

KTPC 3 points	prolongateur intégré au KT ou raccord fin 11cm	valve bidirectionnelle à fente DORAN (bleue)	raccord fin 11 cm		raccord spiralé ou prolongateur de 80 cm	rampe 4 robinets
←————— —————→					←————— —————→	
STERILE					PROPRE	
←----- -----→					←----- -----→	
Changement tous les 7 jours					Changement tous les 7 jours	
←----- -----→					←----- -----→	
Changement tous les jours					Changement tous les jours	

- coiffe
- masque
- kimono stérile ou manches longues UU
- gants stériles
- compresses stériles imbibées d'antiseptique

- masque
- sur blouse à usage unique (lors d'aplasie)
- +/- gants à usage unique si prélèvements sanguins
- compresses stériles imbibées d'antiseptique

**Préparation de la ligne en stérile**