

PREPARATION DE L'UROKINASE

RCA-RESILIAENCE FEVRIER 2011

1. Prendre un flacon d'UROKINASE à 100 000 UI et le diluer avec **5ml** de sérum physiologique.
2. Prendre **2.5ml** de la solution avec une seringue d'un volume supérieur ou égal à 10ml.
3. Ramener à **10ml** avec du sérum physiologique.
4. Injecter au premier robinet **2ml au maximum** de la préparation. (en cas d'obstruction aspirer et relâcher plusieurs fois pour tenter d'injecter 1 à 2 ml)
5. Le fibrinolytique peut être renouvelé jusqu'à 4 fois sur prescription médicale.

Remarque : toujours essayer de récupérer le maximum de produit.